

Mangelhafte Lagerung auf OP-Tisch

Bei einer Schulter OP in Beach-Chair Lagerung rutschte der Patient während der OP fussabwärts, trotz Lagerung und Fixierung in Kopfkalotte. Die Lagerungsveränderung wurde erst später bemerkt, da mehrmals die Position des Patienten während der OP verändert wurde. Dabei war der Kopf mit der OP-Abdeckung verdeckt. Es stellte sich heraus, dass das Keilkissen, welches die Sitzposition ermöglicht, nicht fixiert war. Dadurch rutschte der Patient mit dem nicht fixierten Keilkissen fussabwärts.